



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Бул. "Акад. Иван Гешов" 15  
1431 София  
България

Тел.: 02 80 56 444  
Факс: 02 954 12 11  
ncpha@ncpha.government.bg

ДО  
АДЕЛИНА ЯНКОВА И  
АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ  
УПРАВИТЕЛИ НА  
„ПОЛАРИС БГ“ ООД  
УЛ. „МИЛЕВСКА ПЛАНИНА“ №9  
ГР. СОФИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ	
Изх. № 7351/01.03.2017	2017
Вх. № .....	20 .....

на Наш Вх. № 5841/03.02.2017 г.

**Относно:** Искане за издаване на експертна оценка по отношение на безопасност за здравето на изделието „Енергиен диск Поларис“

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНКОВА,  
УВАЖАЕМИ Г-Н СПИРИДОНОВ,**

Във връзка с Ваше искане за издаване на експертна оценка по отношение на безопасност за здравето на изделието „Енергиен диск Поларис“, Ви уведомяваме, че след разглеждане на предоставеното изделие и документацията към него, установихме, че изделието няма активни елементи и не може да излъчва електромагнитно поле.

В заключение, считаме, че посоченото изделие не може да създава риск за здравето от облъчване с електромагнитно поле.

С УВАЖЕНИЕ:

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ, ДМ  
Директор на НЦОЗА

